

1

2

3

4

A

TORRIX-B

Abstand Sondenrohr zu
Schwimmermitte: max. Abstand
abhängig vom Bypass-Schwimmer

B

50 min.

Bypass-Schwimmer

max.
Magnetposition

C

Sondenrohr spannungsfrei
montiert (unverformt)

D

Bypassrohr

Messbereich

Sondenlänge

Magnetposition

E

Sondenbefestigung
(unmagnetisch)

Abstandshalter

min.
Magnetposition

70 min.

SCHNITT A-A

F

TORRIX Bypass mit Bypass-Schwimmer

FAFNIR GmbH
Bahrenfelderstr. 19
D-22765 Hamburg
Telefon +49 / (0) 40 / 39 82 07-0
Telefax +49 / (0) 40 / 390 63 39
Internet: www.fafnir.de



DIN	Werkstoff	Maßstab	Datum	Name	Artikel-Nr.:
A4		1:2	08.07.09	Biehl	

Zeichnung-Nr.: **PF 025 B 161**

Rev.

B